


TILKOBLING AV SPOLE- OG DOBBELTSKJERMET ELEKTRODEKABEL MELLOM MÅLERØR OG FORSTERKER PÅ SIEMENS SITRANS F M MAGFLO

Sensoren/målerøret heter MAG 5100W

Forsterkeren/transmitteren med display heter MAG 5000 eller MAG 6000

Den grå kabelen med felles skjerm og skjerm pr. leder er elektrode-kabel:
Brun, sort og blå leder skal kobles på klemme 82, 0 og 83 (likt i begge ender)
Skjerm skal kobles på klemme 81, 0 og 84 (likt i begge ender)

- Brun (82) skjerm (81)
- Sort (0) skjerm (0)
- Blå (83) skjerm (84)



Felles skjerm tilkobles sensor/målerør som vist på skissen nedenfor.
Felles skjerm skal være åpen (ikke tilkobles) på forsterker/transmitter.

Den grå kabelen med felles skjerm er spolekabel:

Blå og brun leder skal kobles på klemme 85 og 86 (likt i begge ender)

- Blå (85)
- Brun (86)
- Sort (ikke i bruk)



Felles skjerm tilkobles i begge ender (på målerør/sensor og forsterker/transmitter).

MAG 5000 (MAG 6000)
Forsterker/transmitter

MAG 5100W
Sensor/målerør

